
Nuovo Regolamento metrico - cosa cambia

Con l'entrata in vigore del decreto 21 aprile 2017, n. 93 per gli strumenti per pesare è stato introdotto il libretto metrologico, nel quale sono riportate le informazioni minime indicate dall'allegato V del decreto 93/2017 e che laddove non vi abbia provveduto il fabbricante, dovrà essere fornito dal primo soggetto (organismo abilitato o Camera di Commercio) che effettuerà la prima verifica periodica dopo l'entrata in vigore del decreto (18 settembre). Il libretto costituisce parte integrante della documentazione dello strumento e come tale dovrà essere conservata con cura dal titolare dello stesso. Sul libretto dovranno essere riportate tutte le attività di: verifica, vigilanza e riparazione (che comporti la rimozione di sigilli).

A partire dal 20 aprile 2016 non è più concessa l'immissione sul mercato di strumenti per pesare conformi alla direttiva 2009/23/CE, cioè soggetti alla "verifica CE" (era già vietata dal 31/12/2002 la messa in servizio di strumenti conformi al regolamento di fabbricazione metrica o oggetto di approvazione CEE); è però concesso (in base all'art.13 del nuovo regolamento) per gli strumenti già messi in servizio, lo spostamento da un luogo di utilizzo all'altro senza necessità di nuova verifica periodica (o collaudo di posa in opera) fino alla naturale scadenza della verifica, purché non ci sia stata alterazione dei sigilli metrici.

Lo spostamento di uno strumento metrico, l'installazione o la sua rimozione definitiva devono essere comunicate dal titolare dello strumento alla Camera di commercio competente territorialmente, entro 30 giorni dall'operazione compiuta.

La verifica periodica effettuata dalla camera

A partire dal 19 marzo 2019 le Camere di commercio non hanno più la competenza a svolgere la verifica periodica, che è demandata agli organismi accreditati. L'elenco di tali organismi può essere reperito sul sito di [Unioncamere](http://www.unioncamere.it).

Obblighi dei titolari di strumenti per pesare

Il titolare ha l'obbligo in ogni caso di garantire il corretto funzionamento degli strumenti che impiega con funzioni di misura legale:

- comunicando entro 30 giorni alla Camera di commercio, la data di inizio utilizzo e fine utilizzo degli strumenti e tutti gli elementi previsti dall'art.9 del regolamento;
- mantenendo l'integrità del contrasegno apposto in sede di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo (anche elettronico) o elemento di protezione;
- curando l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;

-
- curando il corretto funzionamento dei propri strumenti e non utilizzandoli in caso di evidenti difettosità o non conformità;
 - conservando il libretto metrologico e verificando che esso venga aggiornato con i dati della riparazione, della verifica periodica o delle vigilanze;
 - sottoponendo a [verificazione periodica](#), entro i termini previsti dal regolamento, gli strumenti di cui è titolare

Il titolare di strumenti riscontrati difettosi e sottoposti a riparazione può porli nuovamente in uso se muniti di sigilli provvisori, per un massimo di 10 giorni e, successivamente alla richiesta di una nuova verifica periodica, fino all'esecuzione della verifica stessa. Qualora la riparazione sia stata effettuata su uno strumento non ancora dotato di libretto metrologico il titolare deve esigere dal riparatore una [dichiarazione contenente la descrizione dell'intervento effettuato e indicazione dei sigilli provvisori applicati](#).

Gli strumenti nuovi non sono più soggetti alla verifica periodica entro 60 giorni dal primo utilizzo; in base infatti all'art. 4 del decreto 93/2017, purchè messi in servizio entro due anni dalla marcatura CE e dalla marcatura metrologica supplementare, sono sottoposti alla verifica periodica entro tre anni dopo la loro messa in servizio.

Obblighi riparatori

Con l'introduzione del libretto metrologico anche per gli strumenti per pesare, ogni intervento che comporti la rimozione dei sigilli metrici deve essere annotato su tale libretto, è pertanto obbligo per i riparatori accertare la presenza dello stesso e laddove risulti non ancora rilasciato per lo strumento, compilare la [dichiarazione relativa alla riparazione](#) lasciandone copia presso il titolare e inviandone copia alla Camera di commercio. Dal 20 aprile 2016 non è più consentito, ad organismi non accreditati, di procedere alla verifica prima CE di strumenti per pesare e la Camera di commercio di Firenze non è perciò più competente per tale attività o per il collaudo di posa in opera di strumenti per pesare di tipo fisso; ma è ora possibile lo spostamento da un luogo di utilizzo all'altro senza necessità di nuova verifica periodica, fino alla naturale scadenza della verifica, purchè non ci sia stata alterazione dei sigilli metrici.

Modulistica

[dichiarazione di riparazione](#)

Contatti

[Metrologia legale e sicurezza prodotti \(ex ufficio metrico\)](#)

Indirizzo

Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze

Telefono

055.23.92.146

Email

attivita.ispettive@fi.camcom.it

Orari

su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.00

Ultima modifica

Gio, 05/01/2023 - 15:05

Condividi Condividi

- [Facebook Facebook](#)
- [Twitter](#)
- [LinkedIn LinkedIn](#)
- [Whatsapp Whatsapp](#)
- [Telegram](#)

Vedi azioni Vedi azioni

- Stampa [Stampa](#)
- [Invia Invia](#)

